

<泌尿器>



- ・ 専用検体としてご提出ください。
※専用容器以外での尿提出の場合は、冷蔵にて提出してください。
- ・ 早朝尿は避けてください。
- ・ 採尿後、容器に移す時はよく攪拌してから移してください。
- ・ 尿用バイアル（Cellprep）に尿を 10mL 入れる目安は、「採尿ここまで⇒■」となります。
- ・ 専用検体容器にラベル、バーコード等を貼る際は、左図□の範囲内に貼ってください。