

令和2年11月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定機器の変更に伴い内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 敬白

***** 記 *****

■内容変更項目

項目No.	検査項目名	変更箇所	新	旧
7215	可溶性フィブリン モノマー複合体 (SFMC)	検査方法	LPIA	凝集反応
		基準範囲	7未満 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (-)	(-)
		報告範囲	濃度：3未満、 3~99900000	なし
		検体量	血漿 0.4 mL	血漿 0.3 mL

■判定一致率

		旧法	
		(-)	(+)
新法	(-)	28	3
	(+)	22	47

判定一致率：75% (n=100)

■変更期日

令和2年12月3日(木) 受付分より

以上